

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający poniżej podaje parametry techniczne analizator jakości energii elektrycznej:

1. wszystkie pomiary energii zgodne z normą IEC61000-4-30,
2. możliwość pomiarów napięcia i prądu w trzech fazach, na przewodzie zerowym oraz uziemiu,
3. wejście 5-kanałowe napięciowe oraz 5-kanałowe prądu zmiennego oraz stałego,
4. pomiar przy pomocy cewek,
5. komplet cewek (3 rodzaje) w zestawie:
 - a) 4 sztuki do 1000 A,
 - b) 4 sztuki do 5A,
 - c) 4 sztuki 400 A,
6. możliwość ustawień progów w trakcie rejestracji danych bez utracenia wcześniej zmierzonych,
7. możliwość rejestracji szybkozmiennych sygnałów do 5Mhz,
8. wyzwalenie prądu międzykanałowego oraz napięcia takiego, które zarejestruje każdy pomiar na każdym kanale,
9. intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie służące do analizy danych oraz tworzenia raportów,
10. możliwość przełączania kabli w formie programowej (bez konieczności przełączania źle podłączonych kabli),
11. szybki odczyt danych przy pomocy karty SD.
12. okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy.

A
SC
4/2.