

Katowice, dnia 18 listopada 2015

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-46/XI/2015/PNT na:

**„Dostawę programowalnego zasilacza prądu stałego - 62150H ”**

w związku z Projektem pod nazwą „Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych (REWIPROMIEN)” realizowanym w ramach Programu GEKON - Generator Koncepty Ekologicznych, który jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); w związku z umową GEKON1/02/213877/31/2015;

w odpowiedzi na otrzymane w dniu 16 listopada 2015 r. pytanie o treści: Mam pytanie - w zapytaniu jest moduł komunikacyjny GPIB/ Ethernet. Niestety ten zasilacz może pracować z modułem GPIB lub Ethernet - nie razem. Zatem który interfejs będzie tutaj właściwy”, Zamawiający mając świadomość faktu, że zasilacz nie może pracować równocześnie z modułem GPIB lub Ethernet odpowiada, że wybór modułu komunikacyjnego pozostawia Wykonawcy.

Z poważaniem,

  
**Patryk Białas**  
Członek Merytoryczny Komisji Przetargowej