

Katowice, dnia 19 listopada 2015

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-46/XI/2015/PNT na:

„Dostawę programowalnego zasilacza prądu stałego 62150H”


w związku z Projektem pod nazwą „Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych (REWIPROMIEN)” realizowanym w ramach Programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych, który jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR); w związku z umową GEKON1/02/213877/31/2015;

w odpowiedzi na otrzymane w dniu 19 listopada 2015 r. pytanie o treści: Prawdopodobnie wkraść się błąd do specyfikacji, Państwo wymagacie dokładności regulacji napięcia nie gorszej niż 0,05% wartości znamionowych oraz dokładności regulacji prądu nie gorszej niż 0,01% wartości znamionowych. W rzeczywistości te wartości są odwrotne, czyli urządzenie będące przedmiotem zainteresowania ma dokładność regulacji napięcia 0,01% natomiast dokładność regulacji prądu 0,05%., wskazuję, co następuje:

Nastąpiła oczywista omyłka pisarska, podczas podawania ww. wartości w specyfikacji. W związku z powyższym nastąpiła zmiana załącznika nr 1 do siwz.

Równocześnie informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 20 listopada 2015 r., godz. 12:00 na 23 listopada 2015 r., godz. 15:00.

Z poważaniem,


Patryk Bidłas
Członek Merytoryczny Komisji Przetargowej